BETRIEB UND PFLEGE

Batterien der Sensorbox wechseln

Der Wechsel dauert wenige Minuten. Sie brauchen einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher und neue Lithium-Batterien der Größe AA mit 1,5 V.

Bevor Sie starten

- Verwenden Sie ausschließlich Lithium-Batterien AA 1,5 V. Andere Batterien, zum Beispiel Alkaline oder Akkus, verlieren in der Kälte schnell Leistung und stören den Messbetrieb.
- Je nach Gerät sind zwei oder vier Batterien eingelegt. Tauschen Sie immer alle gleichzeitig.
- Nehmen Sie die Sensorbox aus dem Kühlgerät und lassen Sie sie kurz bei Raumtemperatur liegen, damit beim Öffnen keine Feuchtigkeit ins Gehäuse gelangt.

So gehen Sie vor





4 Schrauben lösen



Je nach Gerät 2 oder 4 Batterien · Polung beachten

1. Schalten Sie die Sensorbox aus. Halten Sie sie dazu so, dass der Fühler nach oben zeigt. Links liegt dann die Setup-Taste, rechts der Ein/Aus-Schalter.
2. Lösen Sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die vier Schrauben auf der Rückseite.
3. Nehmen Sie den Deckel ab und entnehmen Sie die leeren Batterien.
4. Setzen Sie die neuen Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polung: Plus (+) und Minus (–) sind im Batteriefach markiert.
5. Setzen Sie den Deckel wieder auf. Ziehen Sie die Schrauben über Kreuz und nur handfest an.

Funktion prüfen

1. Die Sensorbox ist ausgeschaltet. Halten Sie die Setup-Taste gedrückt und schalten Sie die Sensorbox ein.
2. Leuchtet eine der beiden Tasten, sind die Batterien richtig eingesetzt. Lassen Sie die Setup-Taste los und schalten Sie die Sensorbox wieder aus.
3. Setzen Sie die Sensorbox zurück in ihre Messstelle und schalten Sie sie dort ein. Nach dem Einschalten sendet sie sofort einen Messwert.
4. Prüfen Sie im Webportal unter www.sencono.net oder www.sencono.de/messdaten/v2 oder in der App, ob bei der Messstelle ein neuer Wert steht.

Gut zu wissen

- Leere Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie sie bei einer Sammelstelle oder im Handel zurück und beachten Sie die Hinweise auf den Batterien.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den Batterien und ihrer Verpackung.
- Leuchtet nach dem Wechsel keine Taste, prüfen Sie die Polung der Batterien. Wir helfen Ihnen weiter: Telefon +49 3378 20 51 945, E-Mail post@sencono.de.